



# Hospital Misericórdia de Santos Dumont

Rua Vieira Braga, 01 - Centro - Santos Dumont/MG - Cep: 36.240-000

Telefone: (32) 3252-9800 - CNPJ: 24.573.438/0001-27

## ATA DA COMISSÃO DE COMPRAS DO HOSPITAL MISERICÓRDIA DE SANTOS DUMONT

### AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Início de recebimento Propostas: 20/05/2024

Fim de recebimento Propostas: 24/05/2024 às 20 horas

No dia 07/06/2024 às 14 horas, reuniram-se na sede desta entidade o Provedor e Presidente da Comissão de Compras do Hospital Misericórdia de Santos Dumont, Sr. Ivan Gonçalves de Amorim e os membros da Comissão de Compras Bruna Aparecida de Oliveira, Marcelo Feliciano Costa e Sounay de Oliveria Braz. A Comissão se reuniu com o objetivo de avaliar as propostas e documentação de habilitação recebidas dentro do período estipulado no Edital Cotação Prévia de Preços nº002/2024 – Termo de Colaboração nº23/2023 – Resolução SES/MG nº8.904/2023, que trata da aquisição dos seguintes equipamentos:

Item	Qtd.	Unid.	Descrições / Especificações
1	01	UNID.	<p><b>VIDEOLARINGOSCÓPIO</b></p> <p>Visualização das imagens por tecnologia digital, com fonte de luz de LED de alta intensidade. Deve acompanhar 01 câmera com tela de no mínimo de 2,5 polegadas com display colorido em alta integrada ao corpo do laringoscópio, passível de ser submetida a processos de desinfecção/ esterilização. Energia fornecida através de bateria ou pilha, com autonomia de no mínimo 60 minutos. Acessórios: 2 jogos de lâminas descartáveis com 50 unidades cada, tamanho a ser definido pela entidade solicitante, com acomodação ou guia para o tubo endotraqueal para intubação de adultos e maleta para transporte. Descrever o tamanho e características da câmera de vídeo para a visualização da imagem. Definir a fonte de alimentação e autonomia de funcionamento. Definir as principais características técnicas das lâminas como tamanho e se é reutilizável ou descartável e quantidades necessárias.</p> <p>*Para este item a câmera deve ser obrigatoriamente INTEGRADA ao conjunto cabo-bateria-lâmina.</p> <p>- NÃO É PERMITIDA A CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA COM PROCESSADORA, TUBOS ÓPTICOS, etc.</p>

### Propostas recebidas:

Durante todo o período, o Hospital recebeu um total de 1 Proposta de Preço, conforme descrito no quadro abaixo:



# Hospital Misericórdia de Santos Dumont

Rua Vieira Braga, 01 - Centro - Santos Dumont/MG - Cep: 36.240-000

Telefone: (32) 3252-9800 - CNPJ: 24.573.438/0001-27

Proposta Empresa	CNPJ	Modelo/ Marca	Quant.	Valor (R\$)
CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	96260369/0001-02	MARCA : BESDATA - MODELO: BD	1	R\$ 16.000,00

Foi determinado pela comissão, que constasse em ata, a **REVOGAÇÃO** do processo de **COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS N° 002/2024**, conforme previsto em no edital no subitem 13.2, por motivo que não houve atendimento das exigências mínimas do Edital, prejudicando o cumprimento dos requisitos mínimos técnicos necessários para a contratação. Por este motivo, a Comissão determinou que será reaberto novamente o Edital.

As empresas que apresentaram propostas serão informadas por e-mail dos resultados apurados pela Comissão de Compras. Nada mais foi dito, nem requerido. Segue a presente ata assinada pelos membros da Comissão de Compras presentes.

Santos Dumont, 07 de junho de 2024

2

Ivan Gonçalves de Amorim